

**Πιστοποιητικό Ανάλυσης Αριθμός: 1415704**

**Στοιχεία πελάτη**

ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Α. - ΝΕΟPLAST Α.Ε  
ΘΕΣΗ ΒΟΡΡΟ - ΜΑΝΔΡΑ  
19600 ΑΤΤΙΚΗ - Τ.Θ. 2208

Υπ' όψιν Κας ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ

Ημερομηνία έκδοσης: 24/6/2014

**Στοιχεία δείγματος**

Είδος δείγματος: Υλικό για επαφή με τρόφιμα  
Χαρακτηρισμός: Φιάλη λεμονιού 330 ml, hdpe  
Ημερομηνία παραλαβής: 6/6/2014 11:15:00 πμ  
Συσκευασία: 10 Τεμάχια  
Σφραγίδα: Καμία  
Θερμοκρασία: Περιβάλλοντος  
Κατάσταση δείγματος: Κανονική

**Στοιχεία δειγματοληψίας**

Υπεύθυνος δειγματοληψίας: Πελάτης  
Χρόνος: ---  
Τόπος: ---  
Σημείο: ---  
Μέθοδος: ---

**Αποτελέσματα ανάλυσης**

Ημερομηνία ανάλυσης: 9/6/2014 - 23/6/2014

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΟΡΙΑ
<b>Ολική Μετανάστευση (προσομοιωτής Β:οξικό 3% w/v)</b>	EN 1186-9:2002	mg / Kg προσομ/τή	<b>&lt;13</b> <b>(10 ημ. @ 40°C)</b>	max 60
<b>Ολική Μετανάστευση (προσομοιωτής Γ:αιθανόλη 20%)</b>	EN 1186-9:2002	mg / Kg προσομ/τή	<b>Μη ανιχνεύσιμο</b> <b>(10 ημ. @ 40°C)</b>	LOD=4 max 60

LOD:Limit of detection (Όριο ανίχνευσης). ΟΡΙΑ:Κανονισμός (ΕΕ) 10/2011, για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

Για την  
Α. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Ε.Ε.

ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
Γενικός Διευθυντής